

5 אוקטובר, 2026

סימוכין: 341055

לכבוד

משתתפי מכרז PD26001458

שלום רב,

הנדון: מכרז מס' PD26001458 – אספקה והתקנה של אנלייזר למערכת VCU (להלן "המכרז")

1. במסגרת המכרז שבנדון התקבלה שאלות הבהרה. להלן התייחסות החברה לשאלות/ בקשות שהתקבלו:

מס' סידורי	פירוט השאלה / בקשה	מענה עורך המכרז
1	נושא טכני – סעיף מספר 2 - טמפרטורה סביבתית, מדוע נדרש 55 מעלות. הטמפרטורה הסביבתית באתר ההתקנה לא עולה על 42 מעלות?	ניתן לרדת ל50 מעלות, אנו מדברים על קו חיצוני אשר חשוף לשמש והקו מתחמם.
2	סעיף מספר 10 – האם צריך להתקין צנרת הולכת גז באורך 60 מטר או שבאחריות תש"ן? במידה ואחריות הספק – מה התוואי? האם הלקוח מספק תמיכות? פיגום?	התוואי מופיע בתוכנית אשר הועברה, התקנת קווי גפ"מ יבוצע ע"י קבלן אשר יתקין את מכלי הגפ"מ ואת הזנת צנרת הגפ"מ לVCU, במסגרת התקנת הקווים הוא יתקין גם את מקטע הקו לכיוון האנלייזר.
3	סעיף מספר 12 – אנו מציעים אנלייזר בארון ייעודי התואם את הדרישות הטכניות (Zone 2, נירוסטה, מנושף, זכוכית תצוגה וכדומה) אבל הוא אינו בגודל 2/2/2 מטר.	נא ציינו את גודל הארון על מנת שנוכל לבדוק התאמתו. בכל מקרה עם קבלת ממדי הארון נתייחס. (ניתן יהיה לאפיין את גודל המבנה בהתאם לגודל הארון).

2. יובהר כי כל יתר תנאי המכרז נותרים ללא שינוי.

3. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, הנכם מתבקשים לחתום עליו ולהגישו עם יתר המסמכים.

בברכה,

מחלקת רכש והתקשרויות

תשתיות אנרגיה בע"מ

www.pei.co.il

מייל rainish@pei.co.il

משרד 09-9528612

הסדנאות 3 א.ת. הרצליה פיתוח ת.ד. 2121, 4612002

